BISCO

CE 0459

CORE-FLO™ DC Lite

Dual-Cured

Low Viscosity Core Build-Up

Instructions for Use

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
800-247-3368
1-847-534-6000
www.bisco.com

EC REP BISCO France
208, allée de la Coudoulette
13680 Lançon de Provence
France
33-4-90-42-92-92

IN-218R9
Rev. 5/22

Caution: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed Dentist.

en CORE-FLO™ DC Lite
Low Viscosity Core Build-Up
mit niedriger Viskosität

GENERAL INFORMATION

CORE-FLO DC Lite is a flowable dual-cured, radiopaque core build-up composite, specifically designed to cement posts and build-up the core structure in one easy application. **CORE-FLO DC Lite** is also an ideal dentin build-up material for use with the Bi-Cat™ dual-cure automatic dual-syringe. It is available in both Naturalux® A Opaque White shades. **CORE-FLO DC Lite** is intended for use with a bonding agent that is compatible with dual-cured materials, such as BISCO adhesives.

Intended user: licensed dentist.

Intended use: Restorative.

The principle indications for use of **CORE-FLO DC Lite** are:
1. Core build-up material
2. Cementation of posts or pins
3. Dentin replacement material

Warnings:
- Contamination by saliva, blood, or water should be avoided during these procedures. When using dental adhesives, contamination may prevent proper bonding and may result in decreased longevity of the restoration.
- A rubber dam is recommended for all indications where contamination is possible.

Cautions:
- Core-contamination: Product may contain items that are designed for one-time use. Dispose of used or contaminated accessories. Do not clean, sterilize or reuse.
- Use of commonly available hygienic protective covering to avoid any contamination of syringes during treatment is recommended. If syringe becomes contaminated, discard. Do not clean or disinfect.

Pressure:
- Avoid contact with the skin; unpolymerized (methyl) acrylic resins may cause dermal sensitization in susceptible persons. In case of contact, wash skin with soap and water.
- To prevent polymerization or clogging, the dual-syringe mixing tip should be left in place until the next application. If used intraorally, wipe mixing tip with disinfectant prior to reuse.
- Use only with disinfectant prior to storage.

DISPOSAL: Refer to community provisions relating to waste. In their absence, refer to national or regional provisions relating to waste.

STORAGE: Store kit at room temperature (20°C/68°F–25°C/77°F). See individual components labels for specific expiration dates.

WARRANTY: BISCO, Inc. recognizes its responsibility to replace products if proven to be defective. BISCO, Inc. does not accept liability for any damages or loss, either direct or consequential, stemming from the use of or inability to use the products as described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risk and liability in connection therewith.

NOTICE: Report any serious incident to BISCO and the competent authority of the EU member state in which the user or patient is established.

Summary of Safety and Clinical Performance can be found at https://ec.europa.eu/tools/eudamed/ or available upon request.

To Reorder Accessories:
X-81252F – Dual-Syringe Static Mixing Tips (30)
X-81257F – Dual-Syringe Mixing and Intraoral Tips (30)
X-81258F – Dual-Syringe Mixing and Intra-Oral Canal Tips (30)

*CORE-FLO is a trademark of BISCO, Inc.

de CORE-FLO™ DC Lite
Core-Aufbau composite
mit niedriger Viskosität

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

CORE-FLO DC Lite ist ein fließfähiges, doppelt aushärtendes, röntgendichtes Stumpfaufbaukomposit, das speziell zur Zementierung von Stiften und für den Aufbau der Stiftstumpfstruktur in einer einfachen Anwendung vorgesehen ist. **CORE-FLO DC Lite** ist zudem ein ideales Dentinersatzmaterial. **CORE-FLO DC Lite** ist in einer Automisch-Doppelspritze Bi-Cat™ in den Farbtönen Naturalux® und Opaque White erhältlich. **CORE-FLO DC Lite** ist für den Verwendung mit einem Haftvermittler bestimmt, der mit duahärtenden Materialien, wie z. B. Adhäsiven von BISCO, kompatibel ist.

Vorgesehener Benutzer: zugelassener Zahnarzt.

Indikationen für den Gebrauch:
Die grundsätzlichen Indikationen für den Gebrauch von **CORE-FLO DC Lite** sind:
1. Stumpfaufbaumaterial
2. Zementierung von Stiften oder Pins
3. Dentinersatzmaterial

Warnhinweise:
- Kontaminierung durch Speichel, Blut oder Wasser vermeiden, durch Speichel, Blut oder Wasser verursachen werden, Die der Verwendung von dentalen Adhäsiven kann Dentinhaftung durch Kontaminationen beeinträchtigt und dadurch die Haltbarkeit der Restauration verkürzt.
- Es wird empfohlen, eine handelsübliche hygienischschutzfolie zu verwenden, um eine Verunreinigung der Spritzen während der Behandlung zu vermeiden. Wenn die Spritze kontaminiert wird, entsorgen Sie sie. Nicht reinigen oder desinfizieren.

Vorsichtsmaßnahmen:
- Hautkontakt vermeiden; unpolymerisierte (Meth-) Acrylharze können bei empfindlichen Personen eine sensiver Sensibilisierung der Haut führen. Bei Kontakt die betroffene Stelle mit Seife und Wasser gründlich waschen.
- Um Polymerisation oder Verstopfung zu vermeiden, sollte die Doppelspritzenmischspitze bis zur nächsten Anwendung an ihrem Platz belassen werden. Wenn intraoral verwendet, die Mischspitze vor der Lagerung mit Desinfektionsmittel abwischen.
- Vor der Lagerung nur mit Desinfektionsmittel reinigen.

ENTSORGUNG: Die Entsorgung muss gemäß den geltenden Bestimmungen der Gemeinschaft oder der nationalen bzw. regionalen Bestimmungen zur Abfallentsorgung bzw. -behandlung erfolgen.

LAGERUNG: Kit bei Raumtemperatur (20°C – 25°C) lagern. Siehe Etiketten der Einzelkomponenten für spezifische Haltbarkeitsdaten.

GARANTIE: BISCO, Inc. erkennt seine Verpflichtung zum Ersatz von fehlerhaften Produkten an. BISCO, Inc. übernimmt keine Haftung für direkte und Folgeschäden oder -verluste die aus der bestimmungsgemäßen Ausgabe oder Verwendungsunfähigkeit der Produkte entstehen. Vor der Verwendung obliegt es der Verantwortung des Verwenders, die Angemessenheit des Produkts für die gewünschte Verwendung zu bestimmen. Der Verwender übernimmt damit verbundenen Risiken und Haftung.

HINWIS: Melden Sie jeden schwerwiegenden Vorfall an BISCO und die zuständige Behörde des EU-Mitgliedstaates, in dem der Benutzer und/oder Patient ansässig ist.

Die Zusammenfassung der Sicherheit und der klinischen Leistung kann unter https://ec.europa.eu/tools/eudamed abgerufen werden oder ist auf Anfrage erhältlich.

Um Zubehör nachzubestellen:
X-81252F – Statische Anmischspitzen für Doppelspritzen (30)
X-81257F – Anmisch- und intraorale Spitzen für Doppelspritzen (30)
X-81258F – Anmisch- und Wurzelkanalspitzen für Doppelspritzen (30)

*CORE-FLO ist eine Marke von BISCO, Inc.

fr CORE-FLO™ DC Lite
Composite de base vissant
pour la reconstitution de moignons

INFORMATIONS GÉNÉRALES

CORE-FLO DC Lite est un composite fluide bipolymérisant (dual-cure) et radio-opaque destiné à la reconstitution de moignons, spécialement formulé pour le scellement des tenons et la reconstitution de la structure coronaire en une seule application. **CORE-FLO DC Lite** constitue également un matériau de remplacement idéal de la dentine. **CORE-FLO DC Lite** est disponible en deux teintes Naturalux® et Opaque White, conditionné en double seringue automatique, et est disponible en deux teintes Naturel et A1 à Blanc Opaque. **CORE-FLO DC Lite** est conçu pour une utilisation avec un système adhésif compatible avec les matériaux bipolymérisables, tels que les adhésifs de BISCO.

Utilisateur prévu: odontologie titulaire.

Indications de usage:
Les principales indications de usa de **CORE-FLO DC Lite** son:
1. Matériel de reconstitution de moignons
2. Cementation de postes o pines
3. Material de substitución de dentina

Avertissements :
- Les contaminations par la salive, le sang ou l'eau doivent être évitées durant ces procédures. Lors de l'utilisation d'adhésifs dentaires, la contamination peut compromettre l'adhésion sur la dentine et diminuer la longévité de la restauration.
- L'utilisation d'une digue de caoutchouc est recommandée pour toutes les indications où des contaminations peuvent avoir lieu.

Mises en garde :
- Contamination croisée : Produit susceptible de contenir des accessoires conçus pour un usage unique. Jetez les embouts utilisés ou contaminés. Ne nettoyez pas, ne stérilisez pas et ne réutilisez pas.
- La utilisation de cofferdam sanitaire protégeant couramment disponibles peut éviter toute contamination des seringues au cours du traitement. Si la seringue est contaminée, jetez-la sans ce contamination. Ne pas la nettoyer ni la désinfecter.

Précautions :
- Éviter tout contact avec la peau, car les résines (méth) acrylates non-polymérisées sont susceptibles de provoquer des sensibilisations cutanées chez personnes sensibilisées. En cas de contact, lave la peau à l'eau et au savon.
- Afin de prévenir tout risque de polymérisation ou d'obstruction, le bout mélangeur de la seringue double doit rester en place jusqu'à l'application suivante. Lorsqu'il a été utilisé en intraoral, essuyez le bout mélangeur à l'aide d'un désinfectant avant stockage.
- Conservez-en uniquement avec un désinfectant.

ÉLIMINATION: Se conformer à la réglementation en vigueur. Si elle n'existe pas, se référer à la réglementation nationale ou régionale relative à l'élimination des déchets.

CONSERVATION : Conserver le kit à température ambiante (20°C/68°F – 25°C/77°F). Se référer aux étiquettes individuelles pour les dates de péremption spécifiques.

GARANTIE : BISCO, Inc. s'engage à remplacer tout produit avéré défectueux. BISCO, Inc. ne peut être tenu responsable des dommages ou pertes, directs ou indirects, consécutifs à une utilisation non-conforme ou à une mise hors-service des produits. Avant toute utilisation, l'utilisateur est tenu de vérifier que le produit est compatible avec l'usage qu'il veut en faire. L'utilisateur assume tous les risques et les conséquences qui peuvent en découler.

NOTIFICATION : Signalez tout incident grave à BISCO et aux autorités compétentes du pays membre de l'UE dans lequel l'utilisateur ou le patient est établi.

Le résumé des caractéristiques de sécurité et des performances cliniques peut être consulté sur https://ec.europa.eu/tools/eudamed ou envoyé sur demande.

Réapprovisionnement d'accessoires :
X-81252F – Embouts mélangeurs statiques pour doubles-seringues (30)
X-81257F – Embouts mélangeurs et d'injection intraorale pour doubles-seringues (30)
X-81258F – Embouts mélangeurs et d'injection intraoraux pour doubles-seringues (30)

*CORE-FLO est une marque de BISCO, Inc.

it CORE-FLO™ DC Lite
Composito di base
per la ricostruzione di moncone

INFORMAZIONI GENERALI

CORE-FLO DC Lite è un composito fluido o polimerizzante (dual-cure) e radio-opaco destinato a la ricostruzione di monconi, specificamente progettato per cementare i perni e ricostruire la struttura coronale in una sola applicazione. **CORE-FLO DC Lite** è inoltre un materiale ideale come sostituto della dentina. **CORE-FLO DC Lite** è disponibile in due colori Naturalux® e Opaque White, in siringa automatica a doppio corpo, e è disponibile nelle tonalità Naturalux® e Bianco opaco. **CORE-FLO DC Lite** è stato progettato per essere usato con un materiale adhesivo compatibile con i materiali a doppia polimerizzazione, come gli adhesivi di BISCO.

Utente previsto: odontologo titulado.

Indicazioni per l'uso:
Le principali indicazioni per l'uso di **CORE-FLO DC Lite** sono:
1. Materiale per la ricostruzione di monconi
2. Cementazione di perni o supporti
3. Materiale di sostituzione della dentina

Avvertenze:
- Nel corso di queste procedure, evitare la contaminazione con saliva, sangue o acqua. Quando si utilizzano adesivi dentali, la contaminazione compromettere la adhesion a la dentina e può provocare una diminuzione della longevità del restauro.
- Per tutti i casi in cui è possibile che si verifichi la contaminazione, si raccomanda l'uso di una diga in gomma.

Attenzione:
- Contaminazione crociata: il prodotto può contenere elementi progettati come monouso. Smaltire gli accessori utilizzati o contaminati. Non pulire, disinfettare o riutilizzare.
- Per evitare la contaminazione durante il trattamento, è consigliabile utilizzare una pellicola igienica di protezione. Se la siringa è contaminata, gettarla. Non pulire o disinfettare.

Precauzioni:
- Evitare il contatto con la pelle; le resine non polimerizzate (meta) acrilate possono provocare sensibilizzazione cutanea nelle persone predisposte. In caso di contatto, lavare la pelle con sapone e acqua.
- Per evitare la polimerizzazione o l'ostruzione, la punta miscelatrice a doppia siringa deve essere lasciata in posizione fino all'applicazione successiva. Se il prodotto è utilizzato intraoralmente, pulire la punta miscelatrice con un disinfettante prima di riporla.
- Conservare in presenza di un disinfettante.

SMALTIMENTO: Per quanto riguarda il smaltimento, fare riferimento alle norme locali in materia di gestione dei rifiuti. Se non ci sono norme locali, fare riferimento alle norme nazionali o nazionali in materia di gestione dei rifiuti.

CONSERVAZIONE: Conservare il kit a temperatura ambiente (20°C/68°F – 25°C/77°F). Per le date di scadenza specifiche, vedere le etichette dei singoli componenti.

GARANZIA: BISCO, Inc. si assume la responsabilità di sostituire i prodotti nel caso in cui si dimostrino loro difettosi. BISCO, Inc. non accetta responsabilità per danni o perdite, sia diretti sia consequenziali, derivanti dall'utilizzo o dall'impossibilità di utilizzare i prodotti come sopra descritto. Prima di utilizzare il prodotto, l'utente è tenuto a determinare l'idoneità alla propria destinazione; si assume tutti i rischi e le responsabilità legati all'utilizzo del prodotto.

AVVISO: segnalare qualsiasi incidente grave a nel caso di incidente grave, comunicarlo a BISCO e all'autorità competente dello Stato membro dell'UE in cui si trova l'utilizzatore o il paziente.

Il riepilogo della sicurezza e delle prestazioni cliniche è disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/tools/eudamed o viene fornito su richiesta.

Per riordinare gli accessori:
X-81252F – Puntali di miscelazione statica della siringa doppia (30)
X-81257F – Puntali di miscelazione e intraorali della siringa doppia (30)
X-81258F – Puntali di miscelazione e per canale radicolare della siringa doppia (30)

*CORE-FLO è un marchio di fabbrica di BISCO, Inc.

es CORE-FLO™ DC Lite
Composite de base vissant
para la reconstrucción de muñones

INFORMACIÓN GENERAL

CORE-FLO DC Lite es un composite de reconstrucción de muñones radiopaco, de curado dual y fluido, específicamente diseñado para cementar postes y reconstruir la estructura coronaria en una sola aplicación. **CORE-FLO DC Lite** también es un material ideal de reposición de dentina. **CORE-FLO DC Lite** se presenta en una jeringa doble automática a dual disponible tanto en tono Naturalux® como en tono Blanco Opaco. **CORE-FLO DC Lite** está diseñado para ser usado con un agente adhesivo que sea compatible con cualquier material de curado dual, como los adhesivos de BISCO.

Usuario previsto: odontólogo titulado.

Indicaciones de uso:
Las principales indicaciones de uso de **CORE-FLO DC Lite** son:
1. Material de reconstrucción de muñones
2. Cementación de postes o pines
3. Material de reposición de dentina

Advertencias:
- Durante estos procedimientos, se debe evitar la contaminación por saliva, sangre o agua. Cuando utilice adhesivos dentales, la contaminación comprometerá la adhesión a la dentina y puede provocar una disminución de la longevidad de la restauración.
- Se recomienda un dique de goma para todas las indicaciones en las que se pueda producir contaminación.

Avisos:
- Contaminación cruzada: El producto puede contener elementos pensados para un uso único. Deseche los accesorios usados o contaminados. No limpie, esterilice ni reutilice.
- Se recomienda utilizar una cubierta protectora higiénica de uso corriente para evitar la contaminación de las jeringas durante el tratamiento. Si la jeringa queda contaminada, deséchela. No la lave ni la desinfecte.

Precauciones:
- Evite el contacto con la piel; las resinas de (metacrílico) no polimerizadas pueden provocar sensibilización cutánea en personas sensibles. En caso de contacto con la piel, lávese con agua y jabón.
- Para evitar la polimerización o oclusión, la punta de mezcla de dos jeringas debe permanecer en su sitio hasta la siguiente aplicación. Si se utiliza intraoralmente, limpie la punta de mezcla con un desinfectante antes de almacenarla.
- Almacénelo con un desinfectante.

ELIMINACIÓN: Cumpla con la legislación vigente. Si no hay legislación vigente, siga la legislación nacional o regional relativa a la eliminación de residuos.

ALMACENAMIENTO: Conserve el kit a temperatura ambiente (20°C/68°F–25°C/77°F). Consulte las etiquetas de los componentes individuales para ver las fechas de caducidad de cada uno.

GARANTÍA: BISCO, Inc. asume la responsabilidad de sustituir los productos que se hayan dado por defectuosos. BISCO, Inc. no se responsabiliza por las pérdidas ni los daños, directos o indirectos, que se deriven de su uso o a la imposibilidad de usar los productos conforme a lo descrito. Antes de su utilización, es responsabilidad del usuario establecer la idoneidad del producto para el uso previsto. El usuario asume todos los riesgos y la responsabilidad relacionados con la idoneidad.

AVISO: notifique cualquier incidencia grave a BISCO y a la autoridad competente del estado miembro de la UE en el que se encuentren el usuario o el paciente.

El Resumen de Seguridad y Rendimiento Clínico se puede encontrar en https://ec.europa.eu/tools/eudamed o está disponible bajo petición.

Para hacer nuevos pedidos de accesorios:
X-81252F – Puntas mezcladoras estáticas de jeringa dual (30)
X-81257F – Puntas mezcladoras e intraorales de jeringa dual (30)
X-81258F – Puntas mezcladoras y de canal radicular de jeringa dual (30)

*CORE-FLO es una marca comercial de BISCO, Inc.

pt CORE-FLO™ DC Lite
Compósito de base
para a reconstrução de moncos

INFORMAÇÕES GERAIS

CORE-FLO DC Lite é um compósito fluido de reconstrução de núcleo, radiopaco e de dupla polimerização, especificamente desenvolvido para cimentar espigões e reconstruir a estrutura coronária numa aplicação fácil. **CORE-FLO DC Lite** é também um material ideal de substituição da dentina. **CORE-FLO DC Lite** é fornecido em duas cores, Naturalux® e Opaque White, em seringa automática duplas e está disponível em tonalidades Naturalux® e Branco Opaco. **CORE-FLO DC Lite** foi desenvolvido para ser usado em conjunto com um agente adhesivo que seja compatível com materiais de duplo polimerização, tais como os adhesivos BISCO.

Utilizador previsto: dentista certificado.

Indicações de utilização:
As principais indicações para utilização de **CORE-FLO DC Lite** são:
1. Material de reconstrução do núcleo
2. Cimentação de postes ou cavilhas
3. Material de substituição da dentina

Advertências:
- Durante estes procedimentos deve ser evitada a contaminação com saliva, sangue ou água. Durante a utilização de adesivos dentários, a contaminação comprometerá a fixação da dentina e pode resultar numa redução da longevidade da restauração.
- Recomenda-se a utilização de uma dentadeira em todas as indicações onde a contaminação é a ocorrência possível.

Cuidados:
- Contaminação cruzada: O produto pode conter itens concebidos para uma utilização única. Eliminar os acessórios usados ou contaminados. Não limpar, esterilizar ou reutilizar.
- Recomenda-se o uso de uma cobertura protetora higiénica comumente disponível para evitar qualquer contaminação das seringas durante o tratamento. Se a seringa ficar contaminada, descarte-a. Não limpar nem desinfetar.

Precauções:
- Evite o contacto com a pele; as resinas de (metacrílico) não polimerizadas podem causar sensibilidade cutânea em pessoas suscetíveis. Em caso de contacto, lave a pele com água e sabão.
- Evite parar a polimerização ou obstrução, a ponta misturadora de seringa dupla deve ser preservada no seu lugar até a aplicação seguinte. Se for usada, limpe a ponta misturadora com desinfetante antes do armazenamento.
- Armazene com um desinfetante.

ELIMINAÇÃO: Consulte as regulamentações comunitárias relacionadas com os resíduos. Na falta delas, consulte as regulamentações nacionais ou regionais relacionadas com os resíduos.

CONSERVAÇÃO: Armazene o kit à temperatura ambiente (20°C/68°F – 25°C/77°F). Consulte as etiquetas individuais para obter as datas de validade específicas.

GARANTIA: A BISCO, Inc. assume a sua responsabilidade na troca de produtos que sejam defeituosos. A BISCO, Inc. exclui qualquer responsabilidade por qualquer danos ou perdas, diretos ou consequenciais, advenientes da utilização ou da inapacidade de utilização dos produtos conforme descrito. Está a responsabilidade do utilizador, antes da utilização, verificar a adequação do produto ao seu propósito. O utilizador assume todos os riscos e responsabilidades daí decorrentes.

AVISO: Comunique qualquer incidente grave à BISCO e à autoridade competente do Estado membro da UE em que o utilizador ou doente esteja localizado.

O resumo do desempenho clínico e de segurança pode ser consultado em https://ec.europa.eu/tools/eudamed ou disponibilizado mediante pedido.

Para efetuar nova compra de acessórios:
X-81252F – Pontas misturadoras estáticas para seringa duplo (30)
X-81257F – Pontas misturadoras e intraorais para seringa duplo (30)
X-81258F – Pontas misturadoras e de canal radicular para seringa duplo (30)

*CORE-FLO é uma marca comercial da BISCO, Inc.

da CORE-FLO™ DC Lite
Kernuopbygningskomposit
med lav viskositet

GENERELLE OPLYSNINGER

CORE-FLO DC Lite er en flydende, dobbelthærdet, røntgentæt kernuopbygningskomposit, hvor det er specielt udviklet til cementering af tapper og opbygning af kernestruktur i en enkelt arbejdsgang. **CORE-FLO DC Lite** er også et ideelt materiale til erstatning af dentin. **CORE-FLO DC Lite** leveres i en automisk dobbeltsprøjte Bi-Cat™ i farverne Naturalux® A og Opaque White. **CORE-FLO DC Lite** er beregnet til brug med et bindemiddel, som er kompatibelt med dobbelthærdende materialer, som f.eks. BISCO-bindemidler.

Tilsigtet bruger: Autoriseret tandlæge.

Indikationer for brug:
De vigtigste indikationer for brug af **CORE-FLO DC Lite**:
1. Materiale til kernuopbygning
2. Cementering af tapper eller stifter
3. Erstatningsmaterialer for dentin

Advarsler:
- Kontaminering med spyt, blod eller vand bør undgås under disse procedurer. Under anvendelse af dentale bindemidler vil overholdelse af kontaminering mindske dentinbindingen og kan forårsage nedsat levetid for restaurering.
- Det anbefales at anvende kofferdam for alle indikationer, hvor der er risiko for kontaminering.

Forsigtig:
- Krydskontaminering: Produktet kan indeholde artikler, der er designet til engangsbrug. Bortskaffelse af brugt eller kontaminerede artikler. Må ikke rengøres, desinficeres eller genanvendes.
- Der anbefales brug af almindelig tilgængelig, hygiejnisk beskyttelsesafdækning for at undgå enhver kontaminering af sprøjterne under behandlingen. Hvis sprøjten kontamineres, skal de kasseres. Må ikke rengøres eller desinficeres.

Forholdsregler:
- Undgå kontakt med huden. Upolymeriserede (meth) akrylat-resiner kan forårsage sensibilisering af huden hos modtagelige personer. I tilfælde af kontakt hånden skal vaskes med sæbe og vand.
- For at undgå polymerisation eller tilstopning skal dobbeltsprøjtemixspidsen forblive i det anvendte øjeblik til næste applicering. Hvis det anvendes intraoralt, skal mixspidsen tørres af med desinfektionsmiddel inden opbevaring.
- Opbevaring: Til brug med desinfektionsmiddel.

BORTSKAFFELSE: Der henvises til de lokale forskrifter for bortskaffelse af affald. Hvis disse ikke foreligger, henvises til de nationale eller regionale forskrifter for affald og affaldsbehandling.

OPBEVARING: Opbevar sættet ved stuetemperatur (20°C – 25°C). Se etiketterne for de individuelle komponenter for specifikke udløbsdatoer.

GARANTI: BISCO, Inc. anerkender sit ansvar for at udskifte produkter, hvis de viser sig at være defekte. BISCO, Inc. påtager sig ikke ansvar for nogen skade eller noget tab, direkte eller indirekte, som følge af brug af eller manglende mulighed for at bruge produkter som beskrevet. Forud for brug er det brugerens ansvar at skøre, at produkt er egnet til det tilsigtede brug. Brugeren påtager sig alt ansvar og enhver risiko forbundet dermed.

BEMÆRK: Alle alvorlige hændelser skal rapporteres til BISCO og den kompetente myndighed i det EU-medlemsland, hvori brugeren og/eller patienten er bosat.

Resumé af sikkerhed og klinisk ydeevne kan findes på https://ec.europa.eu/tools/eudamed eller kan fås på anmodning.

Til genbestilling af tilbehør:
X-81252F – statiske blandespidser til dobbeltsprøjte (30)
X-81257F – blandespidser og intraorale spidser til dobbeltsprøjte (30)
X-81258F – blande- og rodkanalspidser til dobbeltsprøjte (30)

*CORE-FLO er et varemærke tilhørende BISCO, Inc.

fi CORE-FLO™ DC Lite
Pohjarakennemateriaali
matalan viskositeetin

YLEISIÄ TIETOJA

CORE-FLO DC Lite on juokseva kaksiokovettuva, radiopaakki pohjamuovi, joka on erityisesti suunniteltu nastojen sementoinnin ja pitkän rakenteemaisen yhdellä kerralla tehtävän pohjarakennemuotoilun suorittamiseen. **CORE-FLO DC Lite** on myös ihanteellinen dentiinin korvaamisen.**CORE-FLO DC Lite** on saatavilla sekä luonnollisen sekä läpikuultavan valkoisen sävyisinä Bi-Cat™ kaksoisruiskuina joissa sisäsoveinen kanssa, joka ovat yhteensopivia kaksiokovettuvien materiaalien kanssa, kuten BISCO sidosaineet.

Tarkoitettu käyttäjä: laillisesti hammaslääkäri.

Käyttöindikaatiot:
Pääasiallaet **CORE-FLO DC Lite** -materiaalin käyttöindikaatiot ovat:
1. Pitkän rakennusmateriaali
2. Nastojen sementointi
3. Dentiinin korvausmateriaali

Varoitukset:
- Näiden toimenpiteiden aikana on vältettävä kontaminaatio sylen, veren tai veden kanssa. Sidosaineita käytettäessä, kontaminoituminen heikentää dentiinisidosta ja voi vähentää restaurointien yhteintyneen kestoikäisyyttä.
- Kofferdamin käyttämistä suositellaan kaikkiin indikaatioihin, jossa kontaminaatio voi olla mahdollinen.

Huomio:
- Ristikontaminaatio: Tuotteessa saattaa olla osia, jotka on tarkoitettu kertakäyttöön. Hävitä käytetyt tai kontaminoituneet tarvikkeet. Ei saa puhdistaa, desinfioida tai käyttää uudelleen.
- On suositeltavaa käyttä yleisesti saatavilla olevia hygieenisiä suojakalvoja, jotka estävät kontaminaation hoidon aikana. Jos ruisku kontaminoituu, hävitä se. Ei saa puhdistaa eikä desinfioida.

Varotukset:
- Vältä ihokosketusta. Polymeroitumattomat (meth) akrylaatti-resinat voivat aiheuttaa herkkyysfiltä herkillä henkilöillä. Jos ihokosketus tapahtuu, pese ihoa saippualla ja vedellä.
- Polymerisaation tai tukkeutumisen välttämiseksi kaksoisruiskun sekoitusvaihdin on pysyttävä paikallaan seuraavaan käyttöön saakka. Jos ainetta käytetään suun sisällä, puhdista sekoitusvaihdin desinfiointiaineella ennen säilytystä.
- Säilytettävä desinfiointiaineen kanssa.

ELIMINOINTI: Noudata kaikki yhdessä pulessa olevat toit-etti- ta ilse-etsiavat järjestemiit eivät ole käytettävissä, noudatettava kansallisia tai alueellisia säädöksiä.

SÄILYTYS: Säilytä pakkaus huoneenlämmössä (20–25 °C). Katso yksittäisten komponentin viimeisen käyttöpäivä koskevat tiedot etiketeistä.

TAKUU: BISCO, Inc. tunnustaa vastuunsa korvata tuotteet, jotka ovat vikaisia. BISCO, Inc. ei vastaa mistä suoratta tai seuraavasta vahingosta tai menetyksestä, jotka ovat seurauksia tuotteiden käytöstä tai kykenemättömyydestä käyttää niitä kuvatulla tavalla. Käyttäjän vastuulla on määrittää ennen käyttöä tuotteen sopivuus aiottuun käyttöön. Käyttäjä ottaa heiltä kaikki asiaan liittyvät riskit ja vastuut.

HUOMAUTUS: Ilmoita kaikista vakavista tapauksista BISCOlle sekä sen EU-jäsenmaan toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa käyttäjä jaiha potilas sijaitsevat.

Tuotteen turvallisuus ja suorituskyvyn yhteenveto voidaan tietoja löytyy osoitteesta https://ec.europa.eu/tools/eudamed tai saatavilla pyynnöstä.

Tarvikkaiden uudelleentilaus:
X-81252F – Kaksoisruiskun sekoituskärjet (30)
X-81257F – Kaksoisruiskun sekoituskärjet ja intraorasiilset kärjet (30)
X-81258F – Kaksoisruiskun sekoituskärjet ja juurikanavan kärjet (30)

*CORE-FLO on BISCO, Inc.:n tavaramerkki.

no CORE-FLO™ DC Lite
Kjernuopbygning
med lav viskositet

ALLMENN INFORMASJON

CORE-FLO DC Lite er en flytende, dobbeltherdende, røntgentett kjernuopbygningskomposittmaterialet, som er spesielt utviklet for å sementere en tapp og bygge opp kjernestruktur i en enkelt applikasjon. **CORE-FLO DC Lite** er et ideelt erstatningsmaterial for dentin. **CORE-FLO DC Lite** leveres i en automatisk dobbelsprøyte, og er tilgjengelig i både Naturalux® A- og Opaque White-farger. **CORE-FLO DC Lite** er beregnet til bruks sammen med et bindemiddel som er forenlig med dual herdende materialer, for eksempel BISCO-bindemidler.

Tiltenkt bruker: lisensiert tannlege.

Indikasjoner for bruk:
De viktigste indikasjoner for bruk av **CORE-FLO DC Lite**:
1. Materiale for kjernuopbygning
2. Sementering av stifter og stiftsystemer
3. Erstatningsmaterialer for dentin

Advarsler:
- Forurensning av spyt, blod eller vann bør unngås under disse prosedyrene. Under anvendelse av dentale bindemidler vil overholdelse av kontaminering reduserer dentinbindingen og kan forårsage redsat levetid for restaurering.
- En kofferdam er anbefalt for alle indikasjoner, hvor det er mulighet for kontaminering.

Forsiktig:
- Kryssforurensning: Produktet kan inneholde artikler, som er designet for engangsbruk. Kasser anvendte eller forurensede tilbehør. Må ikke rengjøres, desinfiseres eller gjenanvendes.
- Der anbefales bruk av almindelig tilgjengelig, hygienisk beskyttelsesafdækning for at undgå enhver kontaminering af sprøjterne under behandlingen. Hvis sprøjten kontamineres, skal de kasseres. Må ikke rengjøres eller desinfiseres.

Forholdsregler:
- Unngå kontakt med huden. Upolymeriserte (meth) akrylat-resiner kan forårsake sensibilisering af huden hos modtagelige personer. I tilfælde af kontakt hånden skal vaskes med sæbe og vand.
- For at undgå polymerisation eller tilstopning skal dobbeltsprøjtemixspidsen forblive i det anvendte øjeblik til næste applicering. Hvis det anvendes intraoralt, skal mixspidsen tørres af med desinfektionsmiddel inden opbevaring.
- Opbevaring: Til brug med desinfektionsmiddel.

BORTSKAFFELSE: Der henvises til de lokale forskrifter for bortskaffelse af affald. Hvis disse ikke foreligger, henvises til de nationale eller regionale forskrifter for affald og affaldsbehandling.

OPBEVARING: Opbevar sættet ved stuetemperatur (20°C – 25°C). Se etiketterne for de individuelle komponenter for specifikke udløbsdatoer.

GARANTI: BISCO, Inc. anerkender sit ansvar for at udskifte produkter, hvis de viser sig at være defekte. BISCO, Inc. påtager sig ikke ansvar for nogen skade eller noget tab, direkte eller indirekte, som følge af brug af eller manglende mulighed for at bruge produkter som beskrevet. Før brug er det brugerens ansvar at skøre, at produkt er egnet til det tilsigtede brug. Brugeren påtager sig alt ansvar og enhver risiko forbundet dermed.

BEMÆRK: Alle alvorlige hændelser skal rapporteres til BISCO og den kompetente myndighed i det EU-medlemsland, hvori brugeren og/eller patienten er bosat.

Resumé af sikkerhed og klinisk ydeevne kan findes på https://ec.europa.eu/tools/eudamed eller kan fås på anmodning.

Til gjenbestilling af tilbehør:
X-81252F – statiske blandespisser til dobbeltsprøjte (30)
X-81257F – blandespisser og intraorale spisser til dobbeltsprøjte (30)
X-81258F – blande- og rotkanalspisser til dobbeltsprøjte (30)

*CORE-FLO er et varemerke tilhørende BISCO, Inc.

sv CORE-FLO™ DC Lite
Kärnuppbyggnad
med låg viskositet

ALLMÄN INFORMATION

CORE-FLO DC Lite är en flödande dubbelhärdande, röntgentät kompositt för uppbyggnad av kronan, specifikt utformad för att cementera stift och bygga upp kronans struktur i en enkel applikation. **CORE-FLO DC Lite** är också ett utmärkt endentinmaterial för tänderna. **CORE-FLO DC Lite** kommer i en automatisk dubbelspruta i Naturalux® A- och Opaque White-nyanser. **CORE-FLO DC Lite** är avsedd för användning med en bindemedel som är kompatibel med dubbelhärdande material, såsom BISCO-lim.

Avsedd användare: legitimerad tandläkare.

Användningsindikationer:
De huvudsakliga användningsområdena för **CORE-FLO DC Lite** är:
1. Material för uppbyggnad av kronan
2. Cementering av stift eller pinnar
3. Ersättningsmaterial för tänden

Varningar:
- Kontaminering av saliv, blod eller vatten bör undvikas under dessa procedurer. Under användande av dentala bindemedel vid en kontaminering kommer dentinbindningen och kan förlänga nedsat levetid för restaurering.
- En kofferdam rekommenderas för alla indikationer där kontaminering kan vara möjlig.

Varsamhet:
- Korskontaminering: Produkten kan innehålla artiklar, som är avsedda för engångsbruk. Kassera använda eller kontaminerade tillbehör. Rengör, desinfektera eller återanvänd inte.
- Använding av almänt tillgängliga hygieniska skyddsomslag för att undvika kontaminering av sprutor under behandling rekommenderas. Om sprutan blir kontaminerad, kassera den. Får inte rengöras eller desinfekteras.

Försiktighetsåtgärder:
- Undvik kontakt med huden. Opolymeriserat (meth)akrylat-harts kan förorsaka känslighetsreaktioner hos hudkänsliga personer. Om det skulle hända ska man tvätta huden med hud- och vattenbad.
- Det blandande dubbelsprutspetsen bör lämnas kvar i det aktuella ögonblicket tills nästa applicering. Vid intraoral användning skall blandningsspetsen torkas av med desinfektionsmedel innan den lägga undan för förvaring.
- Förvaring: Till sällan med desinfektionsmedel.

ELIMINERING: Följ de lokalt gällande bestämmelserna. Om det inte finns lokala bestämmelser ska man följa de nationella eller regionala bestämmelserna för avfallshantering/avfallsbehandling.

FÖRVARING: Förvara i rumstemperatur (20°C–25°C). Se de individuella komponentetiketterna för specifika utgångsdatum.

GARANTI: BISCO, Inc. erkänner sitt ansvar att byta ut produkter om de visas vara defekta. BISCO, Inc. har inte sig någo ansvar för skador eller förlust, varken direkt eller indirekt, som har sin grund i användningen eller oförmågan att använda produkterna enligt beskrivning. Det är användarens ansvar att före användning fastställa produktens lämplighet för det avsedda ändamålet. Användaren tar på sig alla risker och allt ansvar i samband med detta.

OBSERVERA: Rapportera alla svårkningar till BISCO och behörig myndighet i den EU-medlemsstat som användaren och/eller patienten bor i.

Sammanfattning av säkerhet och klinisk prestanda finns på https://ec.europa.eu/tools/eudamed eller tillhandahålls på begäran.

För ombeställning av tillbehör:
X-81252F – Dubbelsprutna med statiska bland

hr CORE-FLO™ DC Lite

Nadograđena pojna nosiva vodilica

OPĆE INFORMACIJE

CORE-FLO DC Lite tekuć je dvostruko-polimerizacijski adhezivni kompozit za nadograđivanje pojne, posebno osmišljen za zamjenske kolčiće i nadograđivanje osnovne pojne. Kemijski je kompatibilan s svim materijalima na bazi smola koji se koriste u postupcima izrade pojne. **CORE-FLO DC Lite** sporoživ je u dvostrukoj štrcalici s automatskim miješanjem i dostupan je u njemačkoj Nadogradnji 1 Opaque White. **CORE-FLO DC Lite** namijenjen je za upotrebu sa sredstvom za tajlanje koje je kompatibilno s dvostruko-polimerizacijom materijalima, kao što su tjelesni BISCO.

Predviđeni korisnik: ovlašteni stomatolozi.

Indikacije za upotrebu:
Općenite su indikacije za primjenu proizvoda **CORE-FLO DC Lite**:
1. Materijal za nadograđivanje pojne
2. Cementiranje kolčića i krunova
3. Materijal za zapunu dentina

Uporaba:
- Ljekom tih postupaka treba izbjegavati onečišćenje sirovim, kiselim i vlažnim. Pri korištenju zubnih lijeva onečišćenje će smanjiti vezivanje dentina i može dovesti do smanjenje dugoročnosti restauracije.
- Gumena pregrada preporučuje se za sve indikacije gdje postoji mogućnost kontaminacije.

Opreza:
- Krčna kontaminacija: Proizvod može sadržavati proizvode za jednokratnu upotrebu. Odložite rabljeni s kontaminiranim jedno: Nemojte ga ponovno sterilizirati, ponovno koristiti.
- Preporučuje se uporeba uobičajeno dostupnih higijenskih zaštitnih obloga kako bi se izbjegao onečišćenje štrcalčki tjelkom tretmana. Ako se koristi intraoralno, prije pohrane preporučuje vrh za miješanje dezinficirano.

OZLAKANJE: Ružte se mišićnim platnjima prebijaju o vodoravnom. Pokuć neveze, ružte se celoatetrim nebo regionalnim prebijaju o odpadech.

SKLADIŠTENJE: Spremno uchovejte při pokojovej teplotě (20 °C / 68 °F – 25 °C/77 °F). Konkrétní data expirace viz jednotlivé etikety.

ZAKRIKA: Spoločnosť BISCO, Inc. neručí za kvalitu výrobkov, ktoré boli ovplyvnené vyvolaní pacienti, ktorí pokus na prikážte, že je vadný. Spoločnosť BISCO, Inc. nepřijímá odpovědnost za žádné škody nebo ztráty, přímé nebo následné, způsobené použitím nebo neschopností použít produkty tak, jak je popsáno. Odpovědnost uživatele je před použitím určit, zda je produkt pro zamýšlené použití zcela nezávisle vyhovuje. Kontrolní preuzima sav rizik i svu odgovornost za pre-kavedenu.

NAPOMENA: O svim izbijnim incidentima izvijestite tvrtku BISCO i nadležno tijelo zbrinjavanja u svojoj kontrolnoj ulozi u nalaze korisnik ili pacijent.

Sabitak o sigurnosnoj i klinički učinkovitosti moćete pronaći na https://ec.europa.eu/tools/eudamed nido je dostupan na zahtjev.

Za ponovno narušivanje prstena:
X-81252P – Statički vrhovi za miješanje na dvojnoj štrcaljki (30)
X-81257P – Vrhovi za miješanje i intraoralni vrhovi na dvojnoj štrcaljki (30)
X-81267P – Vrhovi za miješanje i vrhovi za korijenski kanal na dvojnoj štrcaljki (30)

*CORE-FLO je zaštitni znak tvrtke BISCO, Inc.

cs CORE-FLO™ DC Lite

Kompozit s rychlou nebo pomalou dobou tuhnutí

OBECNÉ INFORMACE

CORE-FLO DC Lite je tekutý, duálně tvrzený, rentgenkontrastní kompozit pro dostavbu jádra, speciálně navržený pro cementování čepů a dostavbu struktury jádra s použitím systémů pro přímé lití. **CORE-FLO DC Lite** je chemicky kompatibilní s mnoha materiály na pryskyřičné bázi, které se dodnes v dutém stříkačce pro automatické míchání. Je k dispozici v nadstavbě 1 Opaque White a neprůhledná bílá. **CORE-FLO DC Lite** je určen k použití s polymerizací pomocí materiálu, jako kto su tjelesni BISCO.

Predviđeni korisnik: zubní lékař.

Indikace použití:
Obecné indikace pro zmíněný produkt **CORE-FLO DC Lite**:
1. Materiál pro dostavbu jádra
2. Cementování čepů nebo zubů
3. Materiál pro výplnu dentinu

Varování:
- Během těchto postupů je nutné zamezit kontaminaci sliinami, krví nebo vodou. Při použití dentinních adhesivů může kontaminace vlhkostí vodou v dentinu a může mít za následek sníženou životnost náhrady.
- U všech indikací, kde může dojít ke kontaminaci, se doporučuje kofferdam.

Bezpečnostní upozornění:
- Křížová kontaminace: Produkt může obsahovat sloučeniny, které jsou určeny pro jedno použití. Použité nebo kontaminované přístavkové zkrvujte. Nebo nejsou, je nedezinfikujte a ani je nepoužívejte opakovaně.
- Doporučujeme používat během ošetření bílou ochranu. Nejsou-li ochranné kryt, abyste předešli jakékoli kontaminaci štrkačky. Pokud dojde ke kontaminaci štrkačky, zlikvidujte ji. Nedostaňte ji ani nedezinfikujte.

Preventivní opatření:
- Zamezte styku s kůží. Nezpolymerizovaná methylmethakrylátová pryskyřice mohou u citlivých osob způsobit kožní senzitivní. Dopadl-li na kontaktu, omyjte kůži mýdlem a vodou.
- Aby bylo zabráno polymerizaci nebo vzniku mnohonásobné vazby, nikdy štrkačku nevkládejte do vlhkého prostředí. Ani ve kontaktu s vodou. Nikdy nenechávejte pryskyřice mimo jiné v miješanje dezinfikovaném.
- Za rychlou od spojení Bisco, nebo kvůli zabránění jakékoli ztráte vlastností v jedno boci ne nebo se na samopolimerizaci. Pro dostatečnou polymerizaci materiálu. Propletáje uvule prozovoštá.
- Tvrdnutí nedokončeného zbytek radí uzmanja otekla iz zrnate primjenom kruna/cementa (mužda ze in zubnih lijeva). Nedostatečné tvrzení lze za zubních jakékoli vazbě a těmto materiálu.
- Aby ne i hladnjaku, pije uporeba prozovo treba dovesti na sobu temperaturu.
- Pacient i stomatológ osobitný trebaju nositi zaštitne naočale.
- Pogledajte popletanice nalepnice komponenata za ozbiljne datume isteka roka.
- Sigurnosno-tehnički list dostupan je na zahtjev.
- Sigurnosno-tehnički list dostupan je na www.bisco.com.
- Uputa za upotrebu dostupna su na zahtjev.
- Upute za upotrebu dostupne su na www.bisco.com.

TECHNICKÉ POHDAJ

Na sobovo temperaturi (20 °C / 68 °F – 25 °C / 77 °F).
Vijeme djelovanja: Minimalno 1 minuta
Vijeme strojnjenja: Maksimalno 7 minuta
Vijeme djelovanja i strojnjenja ovisi o nazivnoj vrijednosti ovisno o uvjetima poklopa, temperaturi, vlazi itd.

UPUTE ZA UPOTREBU

POSTUPKI MIJEŠANJA MATERIJALA JEZGRE:
1. Bisko pokojnost Štrcajte ili vrh za miješanje i vrijeme štrcalja.
2. Nakon malo kolčiću materijala na podlogu za miješanje kao bisko izbijaj stvaranje pramina s svakog kraja dvije štrcaljke.
3. Spojite vrh za miješanje na dvojnu štrcaljku poravnajem ključa i utora za ključ. Zatim okrenite smeđi mehanizam za zaključavanje u smjeru kazaljke na satu.
4. Pritisnite na klip izmjenjivo dok ne dođete do kraja. Ne dopustite odgoda. TEHNIČKI POSAO (ako postoje u vremenu djelovanja i strojnjenja.)

A. DOSTAVA JEZGRA POMOĆI MATERIJALU CORE-FLO DC Lite

(1) Izolirajte zub.
(2) Nanesite lepilo sukladno uputama proizvođača; preporučujemo upotrebu bisko kojeg lepila BISCO.
(3) Ako upotrebljavate traku matrice: postavite traku matrice ako primjenjujete vrijeme štrcalja. Ako ne primjenjujete vrijeme štrcalja, nemojte ga primjenjivati.
(4) Nanesite bisko pojne na prijemu i dozirajte štrcaljke u kanal.
(5) Ako upotrebljavate obilu jezgre: nastavak za miješanje stavite izravno u ispunu. Ako upotrebljavate **CORE-FLO DC Lite**. Štrcaljke postavljeni olčiće jezgre na prijemnom pod štrcaljke na mjesta je polimerizacije svjetlosnim kopom 40 sekundi.
(6) Pripremite i dozirajte jezgre u udobljenjem način.

B. POST-CEMENTIRANJE I TEHNIKA NADOGRADNJE JEZGRE UZ POMOĆ PRODUKTA CORE-FLO DC Lite

(1) Izolirajte zub i pripremite ga prema uputama proizvođača nosača.
(2) Nanesite lepilo sukladno uputama proizvođača; preporučujemo upotrebu bisko kojeg lepila BISCO.
Prije polimerizacije svjetlosnog obrišite kanal papirnatim vrhovima jer sadrže sol kukuljaju adhezivi. Ako je kanal te ostavite osušiti.
(3) Ako upotrebljavate obilu jezgre: nastavak za miješanje stavite izravno u ispunu. Ako upotrebljavate **CORE-FLO DC Lite**. Vjerojatno su kanal te ostavite osušiti.
(4) Pouzdano ispunite kanal bez mjehurića. Ako ne upotrebljavate **CORE-FLO DC Lite**. Pitnje napominu formu jaka na vjerojatnosti zub, ali ne pitnje je na mjestu je vjerojatnije svjetlosno kopom 40 sekundi.
(5) Pripremite i dozirajte jezgre u udobljenjem način.

C. POST-CEMENTIRANJE I TEHNIKA NADOGRADNJE JEZGRE UZ POMOĆ PRODUKTA CORE-FLO DC Lite

(1) Izolirajte zub i pripremite ga prema uputama proizvođača nosača.
(2) Nanesite lepilo sukladno uputama proizvođača; preporučujemo upotrebu bisko kojeg lepila BISCO.
Prije polimerizacije svjetlosnog obrišite kanal papirnatim vrhovima jer sadrže sol kukuljaju adhezivi. Ako je u kanalu te ostavite osušiti.
(3) Ako upotrebljavate obilu jezgre: nastavak za miješanje stavite izravno u ispunu. Ako upotrebljavate **CORE-FLO DC Lite**. Vjerojatno su kanal te ostavite osušiti.
(4) Pouzdano ispunite kanal bez mjehurića. Ako ne upotrebljavate **CORE-FLO DC Lite**. Pitnje napominu formu jaka na vjerojatnosti zub, ali ne pitnje je na mjestu je vjerojatnije svjetlosno kopom 40 sekundi.
(5) Pripremite i dozirajte jezgre u udobljenjem način.

D. ZAPUNA DENTINA

(1) Izolirajte zub.
(2) Nanesite lepilo sukladno uputama proizvođača; preporučujemo upotrebu bisko kojeg lepila BISCO.
(3) Ako upotrebljavate traku matrice: postavite traku matrice ako primjenjujete vrijeme štrcalja. Ako ne primjenjujete vrijeme štrcalja, nemojte ga primjenjivati.
(4) Nanesite bisko pojne na prijemu i dozirajte štrcaljke u kanal.
(5) Ako upotrebljavate obilu jezgre: nastavak za miješanje stavite izravno u ispunu. Ako upotrebljavate **CORE-FLO DC Lite**. Vjerojatno su kanal te ostavite osušiti.
(6) Pouzdano ispunite kanal bez mjehurića. Ako ne upotrebljavate **CORE-FLO DC Lite**. Pitnje napominu formu jaka na vjerojatnosti zub, ali ne pitnje je na mjestu je vjerojatnije svjetlosno kopom 40 sekundi.
(7) Pripremite i dozirajte jezgre u udobljenjem način.

E. TAPAS CEMENTIŠANJA UN PAMATNES PRODUKTA CORE-FLO DC Lite

(1) Izolirajte zub.
(2) Uzdržljivi adhezivi sadržavaju se razdvojiti nadopuniti: ako ostaje nakon uporabe. Uzdržljivi adhezivi. Prema cementiranje se gamnu nosuienst kanalu: ar papir vrhovima. Ako ne ostaje nakon uporabe. Ako ne ostaje na uzmanjivanje. Ako ne ostaje na uzmanjivanje. Ako ne ostaje na uzmanjivanje